Guia de Início Rápido

Obrigado por adquirir Nikki o Manequim de Enfermagem com Auscultação.

Como gostaria de começar?

1. Eu gostaria de começar usando Nikki e o NursingScope com seus sons de fábrica.

Nikki pode ser usado fora da caixa, com montagem mínima. Se não necessitar alterar os sons de auscultação de fábrica logo, siga os passos a seguir:

a. Ligue o NursingScope apertando o sinal de mais ou menos localizado na peça peitoral.

b. Ao ligar, uma voz diz "*Ativação do sistema. Modo um. Falha na inicialização da WiFi*".

c. Agora, o NursingScope está pronto para usar, você pode iniciar auscultando Nikki.

2. Eu gostaria de começar trocando os sons de fábrica na biblioteca.

Se você deseja alterar os sons cardíacos, pulmonares e intestinais de fábrica, proceda aos passos a seguir.

a. Configuração do laptop

- Ligue o laptop Acer e digite os detalhes de login:
  Login: Nikki
  Senha: 12345
- Clique no símbolo de conexão Wi-Fi na barra de tarefas no canto inferior direito na área de trabalho e conecte-se à sua rede de Wi-Fi local.
- Clique duas vezes no ícone SimScope na área de trabalho.
- Você precisará preencher o formulário de registro, preencha com todos os dados.

b. Configuração do roteador

- Ligue o roteador TP Link, conectando-o ao laptop Acer com o cabo USB fornecido ou simplesmente coloque-o na tomada. Deixe funcionar por 1-2 minutos.
- Agora, ao invés de usar sua conexão local, conecte à rede do roteador TP Link. Para fazer isso, volte ao símbolo da Wi-Fi na barra de tarefas no canto inferior direito na área de trabalho Acer e conecte à rede a seguir:

  Nome da Rede: SimScope_5G, ***Senha:*** Cardionics

c. Configuração do NursingScope

- Ligue o NursingScope apertando o sinal de mais ou menos localizado na peça peitoral.
- Ao ligar, uma voz diz "*Ativação do sistema. Modo um. Wifi conectada*".
- Assegure-se de que o nome de rede "*SimScope_5G*" esteja aparecendo na lista suspensa no canto superior esquerdo do software.
- Mantenha em mente que não há botão de liga/desliga no NursingScope. Ele desligará automaticamente quando a sessão acabar. O tempo de sessão pode ser alterado nas configurações de Wi-Fi no software.



- Edite as configurações de auscultação de fábrica escolhendo os sons da biblioteca localizada no lado esquerdo e clicando na flecha em baixo. Não esqueça de clicar no botão "salvar", que parece um disco pequeno.
- Agora, o NursingScope está pronto para usar com os sons recentemente atribuídos, você pode começar a auscultar.

› DICAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o NursingScope não estiver conectando, tente o que segue:

1. NursingScope – tempo de sessão
Assegure-se de que o NursingScope não desligará no meio tempo, seu tempo de sessão de fábrica está ajustado para 4-5 minutos. Para ter certeza de que ele está ativo, ligue e aperte o sinal de mais ou de menos localizado no sino. Ao ligar, você ouvirá uma voz dizendo "Ativação do sistema. Modo um".

2. NursingScope - pilha
Se tiver apertado o sinal de mais ou de menos e não ouvir coisa alguma, a pilha precisará ser trocada. Atenção: A carga da pilha varia grandemente de marca para marca e de tipo para tipo, portanto, use apenas pilhas AAA alcalinas. Nós recomendamos a Energizer Ultimate Lithium, que fornecerá energia ao NursingScope por até quatro horas.

3. Roteador
Verifique se o roteador está corretamente conectado e funcionando, ele apresenta uma luz amarela.

4. Conexão à rede
Verifique se a rede do roteador "SimScope_5G" está selecionada na lista de suas conexões de rede disponíveis (barra de tarefas no canto inferior direito da área de trabalho).

Se ainda não estiver conseguindo conectar seu NursingScope, contate seu representante comercial para assistência adicional.

FAÇA A LEITURA DESTE QR-CODE E SAIBA MAIS SOBRE NIKKI E ACESSE ESTE GUIA INICIAL EM SEU IDIOMA

01/2022

Brasil 3B Scientific Imp. e Exp. Ltda. • Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva • CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
3bscientific.com • **Fone:** +55 (0) 47 3464-1818 • **Fax:** +49 40 73966-100 • **E-mail:** vendas@3bscientific.com