Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Nikki Hasta Bakımı ve Oskültasyon Eğitim Mankenini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Nasıl başlamak istersiniz?

1. Nikki ve NursingScope'un varsayılan seslerini kullanarak eğitime başlamak isterim.

Nikki, minimum kurulumla kutudan çıktığı gibi kullanılabilir. Varsayılan oskültasyon seslerini değiştirmeniz gerekmiyorsa, lütfen şu adımları takip edin:

a. Göğüs parçası üzerinde bulunan artı veya eksi işaretine basarak NursingScope'u açın.

b. "*System activation. Mode one. WiFi initialization failed.*" sesli uyarısı çalar.

c. Artık NursingScope kullanıma hazırdır, Nikki ile oskültasyon eğitimine başlayabilirsiniz.

2. Kütüphanedeki varsayılan sesleri değiştirerek eğitime başlamak istiyorum.

Varsayılan kalp, akciğer ve bağırsak seslerini değiştirmek isterseniz, lütfen aşağıdaki adımlarla devam edin.

a. Dizüstü bilgisayarı kurun

- Acer dizüstü bilgisayarı açın.
  Login: Nikki, ***şifre:*** 12345
- Masaüstünde sağ alt görev çubuğundaki Wi-Fi bağlantısını temsil eden simgeye tıklayın ve yerel Wi-Fi ağınıza bağlanın.
- Masaüstünde bulunan SimScope sembolüne çift tıklayın.
- Kayıt formunu doldurmanız istenir; lütfen tüm verileri doldurun.

b. Yönlendiriciyi kurun

- TP Link yönlendiriciyi, verilen USB kablosuyla Acer dizüstü bilgisayara bağlayarak veya bir elektrik prizine takarak açın. 1-2 dakika süreyle çalışmasına izin verin.
- Artık yerel bağlantınızı kullanmak yerine lütfen TP Link yönlendirici ağına bağlanın. Bunu yapmak için, Acer masaüstünün sağ alt görev çubuğundaki Wi-Fi sembolüne geri dönün ve aşağıdaki ağa bağlanın:

  Ağ Adı: SimScope_5G, ***Şifre:*** Cardionics

c. NursingScope’u kurun

- Göğüs parçası üzerinde bulunan artı veya eksi işaretine basarak NursingScope'u açın.
- “*System activation. Mode one. Wifi connected.*” sesli uyarısı çalar.
- Lütfen yazılımın sol üst köşesinde yer alan açılır listede “*SimScope_5G*” ağ adının görüntülendiğinden emin olun.
- Lütfen NursingScope üzerinde açma/kapama düğmesi olmadığını unutmayın. Oturum süresi sona erdiğinde otomatik olarak kapanır. Oturum süresi, yazılımdaki Wi-Fi ayarlarından değiştirilebilir.



- Varsayılan oskültasyon ayarlarını, sol tarafta bulunan kütüphaneden sesleri seçip alt tarafta yer alan oka tıklayarak düzenleyin. Küçük bir disk gibi görünen “*save*” düğmesine tıklamayı unutmayın.
- Artık NursingScope yeni atanan seslerle kullanıma hazırdır, oskültasyona başlayabilirsiniz.

› SORUN GİDERME İPUÇLARI

NursingScope bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin:

1. NursingScope – oturum süresi
Bu arada NursingScope'un kapanmadığından emin olun, varsayılan oturum süresi 4,5 dakika olarak ayarlanmıştır. Etkin olduğundan emin olmak için takın ve göğüs parçasında bulunan artı veya eksi işaretine basın. “System activation. Mode one.” sesli uyarısını duymalısınız.

2. NursingScope – pil
Artı veya eksi işaretine bastıysanız ve hiçbir şey duymuyorsanız, pilin değiştirilmesi gerekir. Dikkat: Pil kullanım ömrü markalar ve türler arasında büyük farklılıklar gösterir, bu nedenle lütfen yalnızca AAA alkalin piller kullanın. NursingScope'a dört saate kadar güç sağlayan Energizer Ultimate Lithium pilini öneriyoruz.

3. Yönlendirici
Yönlendiricinin düzgün şekilde bağlandığından ve çalıştığından emin olun; sarı bir ışık yanmalıdır.

4. Ağ bağlantısı
Kullanılabilir ağ bağlantılarınız listesinde (masaüstünde sağ alt görev çubuğu) yönlendirici ağında “SimScope_5G” seçili olup olmadığını kontrol edin.

NursingScope'a hala bağlantı sağlayamıyorsanız, daha fazla yardım almak için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

NİKKİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE BU BAŞLANGIÇ KILAVUZUNA KENDİ DİLİNİZDE ERİŞMEK İÇİN BU QR KODUNU TARAYIN

01/2022

3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-Y Blok No:105 Tekstilkent (B13 Blok No:36) 34235
Esenler • İstanbul • Türkiye • **3bscientific.com**
Tel: +90 (0) 212-422-8800 • **E-mail:** info.tr@3bscientific.com